

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lísem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1210082

Výrobek: Jednofázový oddělovací transformátor pro napájení v místnostech pro léčebné účely

Typ: JOC Uxxxx-yyyy
(xxxx = typ plechů a konstrukce jádra, yyyy = číslo navíjecího předpisu)

Jmenovité hodnoty: Vstup: 230 nebo 400 V; 50/60 Hz; bezpečnostní třída I
Výstup: 230 V; 2,5 kVA - 10 kVA

Objednatel: ELEKTROKOV,a.s.ZNOJMO
Kotkova 3582/19, 669 02 Znojmo, Česká republika

Výrobce: ELEKTROKOV,a.s.ZNOJMO
Kotkova 3582/19, 669 02 Znojmo, Česká republika

Výrobní místo: ELEKTROKOV,a.s.ZNOJMO
Kotkova 3582/19, 669 02 Znojmo, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 022191-01/01 ze dne: 24.02.2021

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 61558-1ed.2:06+A1:09, ČSN EN 61558-2-15ed.2:12

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 022191 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Platnost certifikátu je omezena do: 02.03.2024

03.03.2021

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



022191-01